

MEセンター管理対象機器及び業務区分

担当: ○=MEセンタースタッフ □=臨床工学技士

別紙

区分	No	管理機器	中央管理			保守・点検			修理受付			データ管理			
			貸出搬送	返却搬送	清拭	定期点検	随時点検	セットアップ	修理受付	院内修理	院外修理	貸出状況	稼動状況	点検履歴	修理履歴
1. A分類: 臨床工学技士管理機器(病棟・外来等で共通使用でき移動可能な生命維持監視装置)															
A分類	01	輸液ポンプ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	02	シリンジポンプ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	03	カブメーター	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	04	人工呼吸器	○	○	○	□※1	□※2, 5	□※3	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	06	携帯用輸液ポンプ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	08	低圧持続吸引器	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	09	定量型輸液ポンプ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	10	小型シリンジポンプ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	11	Spo2モニター	○	○	○	□※1	□※2	□※3	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	12	ドリップアイ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	14	経腸用注入ポンプ	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
	15	患者監視装置 (ME管理の2台のみ)	○	○	○	□※1	□※2	□※3	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□
16	ネーサルハイフロー	○	○	○	□※1	□※2	□※3	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□	
19	携帯用輸液ポンプ(精密型)	○	○	○	□※1	□※2	—	○	□	メーカー・業者	○	○	○□	○□	
21	アンビューバック(人工呼吸器設置分)	—	—	○	□※1	□※2	□※3	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□	
2. B分類: 臨床工学技士及びMEセンタースタッフ管理機器(病棟・外来等で共通に使用でき移動可能な一般医療機器及び看護用品)															
B分類	05	超音波ネブライザー	○	○	○	○※1	○※2	○※4	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	07	エアマット	○	○	○	○※1	○※2	—	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	13	ホータブル吸引器	○	○	○	○※1	○※2	—	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	17	点滴スタンド	○	○	○	○※1	○※2	—	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	18	高機能エアマット	使用部署	使用部署	使用部署	○※1	○※2	—	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	22	空気圧迫式マッサージシステム	○	○	○	○※1	○※2	—	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
3. C分類: 保守管理機器(使用部署固定の生命維持監視装置及びこれに類する機器)															
C分類	C101	人工透析装置	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C102	除細動装置	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C103	麻酔器	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C106	電気灸	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C107	ハモニック(超音波治療器)	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C108	レーザー装置	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C109	保育器	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C110	シリンジポンプ(OP室専用)	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C111	補助循環装置(IABP・PCPS)	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
	C115	新生児光線黄疸治療器	—	—	使用部署	□※1	□※5	使用部署	○	□	メーカー・業者	—	—	○□	○□
4. D分類: 保守管理機器(使用部署固定の一般医療機器・一般機器・看護用品)															
D分類	D202	リフトバス(病院施設用特殊浴槽)	—	—	使用部署	—	—	使用部署	○	○	メーカー・業者	—	—	○	○
	D203	結核用空気清浄機	使用部署	使用部署	使用部署	○※1	○※2	使用部署	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	D203	隔離装置等	—	—	使用部署	—	—	使用部署	○	○	メーカー・業者	—	—	○	○
	D204	グリーンパーテーション(準無菌室用)	使用部署	○	○	○※1	○※2	使用部署	○	○	メーカー・業者	○	○	○	○
	D205	離床マット	—	—	使用部署	—	—	使用部署	○	○	メーカー・業者	—	—	○	○

- ※1 定期点検=点検期間を決めて実施する。メーカーと保守契約を結んでいる場合はメーカーが実施
- ※2 随時点検=部署から使用後返却の時に実施する
- ※3 臨床工学技士のセットアップは、初期設定・動作確認など
- ※4 MEセンタースタッフ(○印)のセットアップは附属品の準備など
- ※5 臨床工学技士の院内ラウンド時に実施する

修理受付について: 修理受付の一括窓口としての役割をもたせるが、受付対象は「医療機器」であり、家具・家電、施設・医療情報システム及びそのパソコン周辺機器や事務関係品等についての修理依頼は受付対象外とする。

【修理受付対象外の例】

- ・電気設備関係(院内電気設備全般)
- ・施設・設備関係(建物に備え付けの物の破損、不良等)
- ・水道関係(水漏れ、お湯が出ない等)
- ・事務関係品(オフィスチェア、デスク、ロッカー等)
- ・医療情報システム機器関係(パソコン周辺機器)
- ・印刷、通信関係(プリンター、コピー機、FAX等)
- ・待合備品関係(長椅子、仕切板、仕切カーテン等)
- ・台車関係(ワゴン、カート等)
- ・電化製品関係(テレビ、冷蔵庫、食洗機、DVDプレイヤー等)
- ・待合備品関係(長椅子、仕切板、仕切カーテン等)